



Αθήνα, **05-02-2016**
Αριθμ. Πρωτ.: **1565**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα
Πληροφορίες : Νικόλαος Γρίβας
Τηλέφωνο : 210 6971648
Αρ. Τηλεομ. : 210 6971567
e-mail : ngrivas@efet.gr

ΠΡΟΣ: Ανάρτηση στο site του ΕΦΕΤ
www.efet.gr

Θέμα : «Απαντητικό έγγραφο επί ερωτημάτων περί του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση σε εξειδικευμένο συνεργείο της παροχής υπηρεσιών διακρίβωσης τριάντα (30) θερμομέτρων των Περιφερειακών Δ/σεων Κ. Μακεδονίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Ε.Φ.Ε.Τ.»

Σχετ.:

1. Η υπ' αριθ. πρωτ. 1069/26-01-2016 Πρόσκληση συμμετοχής, σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση σε εξειδικευμένο συνεργείο της παροχής υπηρεσιών διακρίβωσης τριάντα (30) θερμομέτρων των Περιφερειακών Δ/σεων Κ. Μακεδονίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Ε.Φ.Ε.Τ.
2. Τα, σχετικά με την ανωτέρω Πρόσκληση, ερωτήματα, που υποβλήθηκαν, τηλεφωνικώς & εγγράφως (μέσω τηλεομοιοτυπίας), τα οποία αναφέρονται (& συνοδεύονται από τις απαντήσεις) κατωτέρω, όπως υποβλήθηκαν

Ερώτημα 1

Μπορούμε (είναι αποδεκτό?) να σας υποβάλουμε προσφορά με τιμές βαθμονόμησης κατά ISO 17025 και κατά ISO 9001 (ιχνηλάσιμο σε διεθνή πρότυπα).? Ή θα θεωρηθεί εναλλακτική προσφορά και θα έχουμε ποινή αποκλεισμού?

Απάντηση στο Ερώτημα 1

Η προσφορά θα πρέπει να είναι από εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 για όλο το εύρος της μετρούμενης παραμέτρου (θερμοκρασία) και τον τύπο των θερμομέτρων-καταγραφικών (αναλογικά, ψηφιακά κλπ) από Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (όπως το ΕΣΥΔ)

Ερώτημα 2

Ο σχετικός διαγωνισμός σας αναφέρει στη παράγραφο Ν01 «Τα στοιχεία που απαιτούνται να έχει η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία που θα εκτελέσει τη διακρίβωση, είναι η διαπίστευση από το ΕΣΥΔ και η προσκόμιση των νόμιμων πιστοποιητικών διακρίβωσης.»

Ένα εργαστήριο που έχει διαπίστευση από ΕΣΥΔ μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό καταθέτοντας πιστοποιητικά διακρίβωσης οργάνων με ISO 9001 ?

Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης των θερμομέτρων σας είναι αυστηρώς απαραίτητο (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι μόνο με λογότυπο ΕΣΥΔ (ISO 17025)?.

Απάντηση στο Ερώτημα 2

Βλέπε ανωτέρω απάντηση (Απάντηση στο Ερώτημα 1)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΦΕΤ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΛΤΑΣ